

## Inkontinenztherapie



... ein + an Sicherheit



- Digitales Zweikanalgerät
- 9 Programme fest installiert
- Zusätzlich 3 mehrphasige Programme zur individuellen Konfiguration
- Zeitwahl von 1 Min. – 10 Std. möglich
- Anzeige der verbleibenden Behandlungszeit
- Automatische Abschaltung nach 4 Minuten Nutzungsunterbrechung
- Therapiekontrolle aller wichtigen Daten auf einen Blick oder detaillierte Kontrolle jeder Sitzung der letzten 60 Behandlungstage
- Echtzeit-Uhr
- Hohes Sicherheitsniveau zum Schutze des Nutzers
- **CE 0123**

### BioBravo kann bei folgenden Formen der Inkontinenz eingesetzt werden:

- Bei der Stressinkontinenz sind die zum Verschlussmechanismus gehörenden Muskelgruppen nicht mehr voll funktionsfähig. Bei Druckerhöhungen (z. B. durch Niesen, Husten, Lachen oder körperlicher Anstrengung) kommt es auch ohne Harndrang zu Urinverlusten.
- Bei der Dranginkontinenz ist der Verschlussmechanismus von Blase und Harnröhre meist voll funktionsfähig. Häufig kommt es zu Austreibbewegungen der Blase, die willentlich nicht unterdrückt werden können. Man spricht von einem überaktiven Blasenmuskel. Der Harndrang ist nicht mehr beherrschbar und der Druck der Blase wird so stark, dass der Widerstand des gesunden Schließmuskelsystems überwunden wird.
- Bei einer Mischform aus Stress- und Dranginkontinenz liegt sowohl eine Schwäche des Schließmuskelsystems als auch ein überaktiver Blasenmuskel vor.
- Bei der Stuhlinkontinenz liegt eine Störung der Funktion des Enddarmverschlussystems (Sphinkter anus externus) vor. Eine kontrollierbare Abgabe von Darminhalt ist nicht mehr möglich.

### Technische Daten:

- Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
- Impulsform: Asymmetrisch, rechteckig, biphasisch (ohne Gleichstromanteil)
- Intensität: 0 – 90 mA
- Frequenz: 1 – 200 Hz
- Impulsweiten: 50 µs – 450 µs
- An- oder Abstiegszeiten: 0,1 – 9,9 sec.
- Stromversorgung: 9V Blockbatterie

### Geräte-Set:

- 1 BioBravo
- 2 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare/Sonde
- 1 Transportbehälter
- 1 Gebrauchsanleitung
- 2 Batterien 9V und
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm)
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 80 mm)  
= **Artikelnummer 010E-003/PZN 03626898** oder
- 1 Vaginalsonde IncoProbe V + 1 Elektrodengel  
= **Artikelnummer 010E-038** oder
- 1 Rektalsonde IncoProbe R + 1 Elektrodengel  
= **Artikelnummer 010E-039**